



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用していません。

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H210601.1	○	検出せず	6.3	2021年6月2日(水)	2020年産玄米
H210601.2	○	検出せず	6.3	2021年6月3日(木)	2020年産玄米
H210601.3	○	検出せず	6.1	2021年6月3日(木)	2020年産玄米
H210601.4	○	検出せず	6.3	2021年6月3日(木)	2020年産玄米
H210601.5	○	検出せず	6.1	2021年6月3日(木)	2020年産玄米
H210601.6	○	検出せず	6.3	2021年6月3日(木)	2020年産玄米
H210608.1	○	検出せず	6.4	2021年6月9日(水)	2020年産玄米
H210608.2	○	検出せず	6.4	2021年6月9日(水)	2020年産玄米
H210608.3	○	検出せず	6.3	2021年6月10日(木)	2020年産玄米
H210608.4	○	検出せず	6.1	2021年6月10日(木)	2020年産玄米
H210608.5	○	検出せず	6.3	2021年6月10日(木)	2020年産玄米
H210608.6	○	検出せず	6.3	2021年6月10日(木)	2020年産玄米
H210615.1	○	検出せず	6.4	2021年6月17日(木)	2020年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H210615.2	○	検出せず	6.1	2021年6月17日(木)	2020年産玄米
H210615.3	○	検出せず	6.4	2021年6月17日(木)	2020年産玄米
H210615.4	○	検出せず	6.1	2021年6月17日(木)	2020年産玄米
H210615.5	○	検出せず	6.4	2021年6月17日(木)	2020年産玄米
H210615.6	○	検出せず	6.4	2021年6月17日(木)	2020年産玄米
H210622.1	○	検出せず	6.0	2021年6月23日(水)	2020年産玄米
H210622.2	○	検出せず	6.2	2021年6月24日(木)	2020年産玄米
H210622.3	○	検出せず	6.1	2021年6月24日(木)	2020年産玄米
H210622.4	○	検出せず	6.1	2021年6月24日(木)	2020年産玄米
H210622.5	○	検出せず	6.2	2021年6月24日(木)	2020年産玄米
H210622.6	○	検出せず	6.1	2021年6月24日(木)	2020年産玄米
H210622.7	○	検出せず	6.1	2021年6月24日(木)	2020年産玄米