

給食一食分検査結果 (本宮方部学校給食センター)

- 給食一食分の検査結果は、その日給食に供されたもの(主食、副菜、主菜、牛乳、果物、その他給食として供されたもの)をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。
()内数値は検出限界値です。
- 検出器: NaI(Tl)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株)ガンマー線スペクトロメーターLB2045)
- 独自基準値は10Bq/Kgです。

No.	検査日	一食分重量(g)	セシウム(Bq/Kg)	備考
1	令和4年8月23日(火)	703	検出せず(<5.8)	
2	令和4年8月24日(水)	666	検出せず(<5.8)	
3	令和4年8月25日(木)	647	検出せず(<5.8)	
4	令和4年8月26日(金)	676	検出せず(<5.8)	
5	令和4年8月29日(月)	737	検出せず(<5.7)	
6	令和4年8月30日(火)	669	検出せず(<5.8)	
7	令和4年8月31日(水)	661	検出せず(<5.8)	